

Золотоніський промисловий
майданчик

Золотоніське ЛВУМГ

Вимірвальна хіміко-аналітична лабораторія

Сертифікат визнання вимірвальних можливостей № РЯ-0068/20, чинний до 21.12.2025р.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Дата відбору проби :03.06.2022 р.

Маршрут, №	Назва газопроводу	азот, N ₂	діоксид вуглецю, CO ₂	Густина абсолютна, кг/м ³ при 20 °С			Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С								
				Теплота згоряння вища			Теплота згоряння нижча			Число Воббе вище					
				ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт·год/м ³			
836	Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород"														
837	Газопровід "Шебелинка-Полтава-Київ"	1,4562	2,2984	8 572	35,89	9,97	9 477	39,68	11,02	11 730	49,11	13,64			
840	Газопровід "Прогрес"														

Начальник ВХАЛ _____

Тетяна КУЛІШ